

CO₂ CONTROL Gaswarnsystem

Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Kalibrierung

Die Kalibrierung von CO₂ Sensoreinheiten im 5. Betriebsjahr werden von KUNDO SystemTechnik unter Berücksichtigung von Sicherheits- und Qualitätsanforderungen im Werk durchgeführt.

Vorab erhält der Installateur auf Bestellung neuwertige Sensoreinheiten für den Sensorwechsel (Bestell-Nr. I06/0001-00 C).

Der Installateur wechselt vor Ort die Sensoreinheiten, initialisiert die Anlagen neu und schickt die gewechselten Sensoreinheiten ins Werk zurück.

Jede einzelne Sensoreinheit wird überprüft, eventuelle Verschleißteile wie Infrarotlampe etc. werden im Voraus ausgewechselt. Die Sensoreinheit wird danach wieder neuwertig an den Kunden ausgeliefert.

Es wird nach der Aufarbeitung die volle Meßgarantie auf weitere 4 Betriebsjahre vom Hersteller gewährt.

Hinweis:

Eine „Vor-Ort-Kalibrierung“ ist nicht sinnvoll, da keine homogene Grundbedingungen für eine Kalibrierung (Druck, Temperatur, Prüfgas) vor Ort vorliegen. Eine rein elektronische Kalibrierung ohne Prüfgas ist gesetzlich nicht zulässig! Zusätzlich übernimmt automatisch derjenige die Produkthaftung und volle Verantwortung, der die Anlage neu kalibriert und dadurch automatisch eine weitere Betriebsgarantie ausstellt.

Als Grundlage für die Bemessung der Betriebszeit gelten die ausgefüllten Garantiekarten in Verbindung mit der Seriennummer. Sollten keine Garantiekarten vorhanden sein, gilt das Fertigungsdatum zzgl. 1 Quartal(3Monate).